

PUBLICATION DE L'ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE BIENS POUR LES PROJETS FINANCÉS PAR LA BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Date

NOTE D'INFORMATION

date de Publication:	Données
pays:	CÔTE D'IVOIRE
Agence D'Execution:	Programme de Décentralisation des Universités
Nom du projet:	Projet d'appui au développement de l'université de Bondoukou
Numero du Mode de financement :	CIV 1007
Titre de l'appel d'offres:	Fourniture et installation d'équipements scientifiques et de laboratoire
Numero du Lot et nom (Si différent du nom de l'offre):	Fourniture et installation d'équipements scientifiques et de laboratoire : Equipements didactiques des sciences des arts et du langage (lot 3).
Mode de selection:	AOI
Préférence Nationale (Oui ou non) :	NON
Préférence Pays membres (Oui ou Non) :	NON
Numero de la soumission du bénéficiaire.	Appel d'offres International Ouvert N° F 278/2024
Date de réception par la Banque du document de projet d'appel d'offre	05 septembre 2024
Date d'approbation par la Banque du document d'appel d'offre :	21 octobre 2024
Date d'émission du document d'appel d'offre.	-Bulletin officiel des marchés publics : 29 octobre 2024 -UNDB Online, Dg Market et le site internet de la BID : 29 octobre 2024 -Fraternité Matin : 04 novembre 2024

Délais de soumission des offres :	45 jours
Date d'ouverture des offres:	05 février 2025
Date de réception par la banque du rapport d'évaluation des offres	01 avril 2025
Date d'approbation par la banque du rapport d'évaluation des offres	03 Juillet 2025

1. Fournisseur retenu

Nom:	BATIMENT SERVICE ET EQUIPEMENT (BSE)
Nationalite:	IVOIRIENNE
Adresse:	San Pedro 01 BP 92 San Pedro 01
Montant du Contract:	445 086 742 FCFA TTC
Date execution du Contract:	180 jours (06 mois)
Résumé de l'objet du Contract :	<p>-Fourniture d'équipements scientifiques et de laboratoire : Equipements didactiques des sciences des arts et du langage à l'université de Bondoukou ;</p> <p>-Installation d'équipements scientifiques et de laboratoire : Equipements didactiques des sciences, des arts et du langage à l'université de Bondoukou.</p>

1. Soumissionnaires n'ayant pas été retenus - Nombre Total de soumissionnaires ayant participé

Sr	Nom	Nationalite	Adresse	Prix de l'offre lu en séance	Prix d'évaluation	Offre Acceptée / rejeté	Raison du rejet
1	ARTIS	IVOIRIENNE	Abidjan, Marcory 18 BP 1870 Abidjan 18	263 373 578 HT/HD	273 908 521 HT/HD	NON	Absence de catalogue pour plusieurs équipements suivants : article 9, articles 13 à 14, article 25, article 33, article 50, article 53, articles 71 à 79, article 80, article 83, article 88, article 91, article 92, article 93, article 14, article 23, article 24, article 25, article 31, article 32, article 33, article 40, articles 42 à 43, article 95 à 105. De manière générale, l'on constate une confusion entre le catalogue et les spécifications techniques. Parfois, un descriptif avec image ou une image sans descriptif ou une image seulement ou encore un descriptif incomplet. Le soumissionnaire ne satisfait pas au critère du personnel. En effet, le personnel N'DA KOUASSI KOUADIO STEPHANE n'a pas réalisé de projets similaires en ce qui concerne la fourniture, installation d'équipements didactiques des sciences des arts et du langage. Quant au personnel GUEHI N'GUESSAN JOSUE, il n'a pas réalisé de projets similaires en ce qui concerne la fourniture, installation d'équipements didactiques des sciences des arts et du langage, de plus, son cv n'est pas daté.

2	ENICS	IVOIRIENNE	Abidjan, Adjamé complexe face au 7eme Arrondissement, 03 BP 455 Abidjan 03	636 234 990 HT/HD	641 234 990 HT/HD	NON	<p>Article 2, sur la fiche technique originale, la dimension proposée (40x11x7,5 cm) n'est pas conforme au DAO (42,1x14,6x8,4 cm) ; Article 16, la perce proposée (19 mm) n'est pas conforme au DAO (20 mm) ; Article 17, le poids et la dimension de l'instrument n'ont pas été indiqués ; Article 21, la couleur proposée (nickel, argent) n'est pas conforme à celle demandée au DAO (or laqué) ; Article 22, la clé de l'instrument, le style et le type de finition ne sont pas indiqués ; Article 23, la dimension proposée (L x l x H : 9 x 3 x 3 centimètres) n'est pas conforme au DAO (L x l x H : 9,1 x 3 x 3 centimètres) ; Article 24, la clé de l'instrument propose (Major C) n'est pas conforme au DAO (Major A), de plus le diamètre du bec de la trompette n'est pas indiqué ; Article 26, la taille, le poids, et l'embouchure de la trompette ne sont pas indiqués ; Article 27, la dimension et le poids de l'instrument ne sont pas indiqués.</p> <p>De manière générale, plusieurs articles proposés ne correspondent pas à ceux demandés dans le DAO. Voir à cet effet, les articles 16, 21, 23 24 ; 26...Aussi, le catalogue ne correspond pas au tableau des spécifications techniques du DAO avec des répétitions et des absences de fiches techniques. En somme, absence de précision technique pour attester de la conformité des articles demandés.</p> <p>Le soumissionnaire n'a pas fourni de planning de livraison des fournitures et de réalisation des services connexes.</p> <p>Le soumissionnaire ne satisfait pas au critère relatif au personnel. Le personnel proposé n'a d'expérience dans la réalisation de projet similaire.</p>
3	CIVE	IVOIRIENNE	Abidjan, cocody ,7 ^{ème} tranche	613 000 000 HT/HD	638 000 000 HT/HD	OUI	
4	CICIT	IVOIRIENNE	Abidjan, Abobo N'dotré Carrefour Sotrapim, 09 BP 2827 Abidjan 29	806 988 315 HT/HD	806 988 315 HT/HD		<p>Le nom du soumissionnaire ne figure pas sur l'attestation de revendeur.</p> <p>Ni autorisation de fabricant, ni attestation de revendeur portant le nom du soumissionnaire n'ont pas été fournis.</p>

5	ACIA	FRANCAIS	35 EVE WASHINGTON, 75008 Paris, France	1 452 862,57 HT/HD	1 452 862,57 HT/HD	NON	<p>Spécification technique non conforme au catalogue, Article 5 : Fame Grosse fanfare 22x12 => Item 5 Grosse caisse de parade 22x10, Article 7 : Batte grosse caisse diamètre 50 mm ; 345mm ; => Item 7 Mailloche Drum Medium diam 51 ; Longueur 375 mm, Item 12 tirants 6 et Item 13 tirants 4 => pour ces deux articles différents, nous observons une proposition unique dans le catalogue sans précision de tirants. Le formulaire de garantie (douze (12) mois) n'est pas signé.</p> <p>Le personnel proposé n'a pas d'expérience dans la réalisation de projet similaire comme l'exige le DAO.</p>
---	------	----------	---	-----------------------	-----------------------	-----	---

Signature du chef de l'unité de passation des marchés, de l'agence d'exécution ou de l'unité de gestion du projet.

N.B : Tout fournisseur qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n'a pas été retenue doit en faire la demande à l'Agence d'exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d'un consultant ayant participé au marché à tout moment après l'attribution du contrat.